NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0496/20

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Lampy HSK UV-Care: MOBILE MB-150-UVC 4x40W/4x80W; LAB 18 W; ANTILIA –A-69-UVC-60/120-18W/40W/80W**

Zawierający / containing: aluminium, stal i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, w tym w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych; salonach fryzjerskich, studiach makijażu/tatuażu

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. W trakcie pracy w trybie bezpośredniego naświetlania UV-C w pomieszczeniach nie mogą przebywać ludzie. Ww oprawy oświetleniowe o mocach niestandardowych, powinny być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Montaż, użytkowanie i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

HSK LEDY Sp. z o.o. Sp. k.
30-376 Kraków
ul. Tyniecka 118a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

HSK LEDY Sp. z o.o. Sp. k.
30-376 Kraków
ul. Tyniecka 118a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.12.18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2025.12.18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 grudnia 2020

The date of issue of the certificate: 18th December 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z up. Maciej Szarek

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349